



OSTEOPHOENIX



RECOMENDACIONES PARA EL CENTRO RADIOLÓGICO

PARÁMETROS DE ESCANEADO (TAC)

Área: maxilar superior y mandíbula completa

Algoritmo: estándar

Inclinación del Gantry: 0

Factor de desplazamiento: 1:1

Grosor del corte: 0.09 mm – 0.3 mm

Espaciado del corte: 0.09 mm – 0.3 mm

Potencia: 85Kw (si no hay elementos metálicos)